

CT 検査注意事項

- 妊娠中または妊娠の可能性のある患者様は、安全を最優先し、検査をお受けできません。
- ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)を埋め込まれている場合、機器本体に X 線が連続的に照射されると誤作動を起こす恐れがあるため、安全を最優先し、胸部 CT 検査をお受けできません。
- 腹部 CT の際は検査時間 3 時間前より飲食をお控えください。

MRI 検査注意事項

- MRI 検査を安全に行うために「MRI 検査問診・同意書」は正確にご記入ください。
記入漏れや問診に不備がある場合、検査を行うことができない場合があります。
- 体内金属がある場合、その金属と磁場との相互作用により吸着や発熱の恐れがあります。
体内金属が MRI 検査に対応しているかを事前に確認しておいてください。
確認ができない場合、検査を行うことはできません。
- 妊娠中または妊娠の可能性のある患者様は、安全を最優先し、検査をお受けできません。
- 患者様の安静保持が困難な場合は検査を中止させていただく可能性があります。